

## AYAKLI LOOP LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz dermatolojik teşhis amaçlı kullanılmak üzere gerekli özelliklere sahip olacaktır.
- 2- Cihaz, her yöne hareket edebilen en az 4 ayaklı bir taşıma sistemine sahip olmalıdır.
- 3- Cihaz üzerinde en az 12.5 cm çapında ve en az 5 kat büyütme merceği olmalıdır.
- 4- Yaylı akrobat kolları sayesinde istenilen görüş açısına göre büyütecini pozisyonu ve yüksekliği kolayca ayarlanabilir olmalıdır.
- 5- Cihazda aydınlatıcı olarak floresan lamba kullanılmalıdır.
- 6- Cihaz 220 V/AC şehir cereyanı ile çalışmalıdır.

### GARANTİ:

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım – onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

### EĞİTİM:

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.